



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze, dnia 22.11.2018 r.

SCCS/EZP/1443/1454/18

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów naczyniowych” (100/EZP/18).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Pakiet 26:
Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 26 określenie „ciśnienie rozprężania” oznacza ciśnienie nominalne czy znamionowe ciśnienie rozrywające?

Zamawiający odpowiada: „ciśnienie rozprężania” oznacza ciśnienie nominalne.

2. Pakiet 26:
Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 26 „ciśnienie rozprężania do 6 atm” dotyczy podanych w punkcie 3 średnic czy dotyczy wszystkich średnic dostępnych w danym rodzaju produktu?

Zamawiający odpowiada: dla podanych średnic wymagane są różne ciśnienia.

3. Pakiet 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do walwuloplastyki o długości użytkowej cewnika 100 cm oraz dostępnych średnicach balonu: 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz.

4. Pakiet 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do walwuloplastyki o długości użytkowej cewnika 100 cm oraz dostępnych średnicach balonu: 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30 jednocześnie uwzględniając znamionowe ciśnienie rozrywające od 3-1,5atm dotyczące powyższych średnic balonów?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz.

5. Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 5 (załącznika 7 do siwz) długich spiralnie zbrojonych koszulek wprowadzających z bocznym ramieniem w zestawie z poszerzadłami kompatybilnymi z przewodnikiem: 0.018"/0.035", 0.018/0.038" lub 0.038". Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 5 (załącznika 7 do siwz) przewodników hydrofilnych o dostępnych średnicach: 0.018", 0.035" i 0.038". Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Pakiet 23, ilość pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści przewodnik sztywny typu Lunderquist z rdzeniem ze stali nierdzewnej 0,035 o długości 80cm z końcówką typu 'J'.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy siwz.

Z poważaniem



DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Renata Duda