



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrze**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze, 2018-11-02

SCCS/EZP/ 1367 / 13538 / 18

Wykonawcy Uczestnicy postępowania

Dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów do badań mikrobiologicznych (spr. nr 113/EZP/18).

W związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców dot. w/w postępowania :

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby faktura zawierała numer serii i datę ważności produktu, jeśli dane te będą zawarte na dokumencie WZ podłączonym do faktury?

Informujemy, że : tak dopuszczamy takie rozwiązanie .

2. Czy zamawiający wymaga aby test był kompletny , tzn.zawierał wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania np. kontrolę zmeńnienie , kontrolę ujemną , bufor lizujący ? (dot. Pakietu nr 2)

Informujemy, że : tak , wymagamy .

3. Czy zamawiający wymaga aby test posiadał certyfikaty CE i IVD ? (dot. Pakietu nr 2)

Informujemy, że : tak , wymagamy .

4. Czy zamawiający wymaga aby test wykrywał karbapenemazy typu A, B , D ? (dot. Pakietu nr 2)

Informujemy, że : tak , wymagamy .

5. Czy zamawiający wymaga , aby test posiadał kontrolę negatywną ? (dot. Pakietu nr 2)

Informujemy, że : tak , wymagamy .



6. Czy zamawiający dopuści testy pakowane po 10 szt. z terminem ważności 7 miesięcy?
(dot. Pakietu nr 2)

Informujemy, że : tak, dopuszczamy .

7. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umowne na : W przypadku reklamacji wymiana wadliwego produktu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (dot. § 3 ust.2)?

Informujemy, że : tak, dopuszczamy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami dokonujemy modyfikacji specyfikacji w zakresie Pakietu nr 2 – załącznik do pisma .

z poważaniem



DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski



Lp	Nazwa produktu	Ilość	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
1	Test Carba do szybkiego wykrywania karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych <i>Enterobacteriales</i> , <i>Pseudomonas</i> i <i>Acinetobacter</i> , (zgodnie z metodą Nordmana, Poirela, Dorteta)	120 oznaczeń *(każda 1/3 ilości opakowań z terminami ważności do zużycia w ciągu roku)						

*Jeśli 1 op. a 40, to termin ważności 1 rok, jeśli 1 op. a 20, to termin ważności ½ roku itd.

Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia parametru
test kompletny tzn.zawierający wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania np. kontrolę zmętnienie , kontrolę ujemną , bufor lizujący	
test posiada certyfikaty CE i IVD	
test wykrywa karbapenemazy typu A, B, D	
test posiada kontrolę negatywną	

.....
Podpis Wykonawcy