



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze dn. 26.11.2018r

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelnia Pielęgniarka
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

SCCS/EZP/ 1460 / 14629 /18

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i trokarów (119/EZP/18).

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 1 dopuści jako alternatywny jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny o średnicy 5 mm i długość 100 mm wiodącej amerykańskiej Firmy? Przezierna kaniula żebrowana lub zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; zawór gazowy umożliwiający insuflację oraz desuflację; obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara; możliwość ściągnięcia głowicy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub wyciągnięcia preparatu; podwójny system uszczelek w głowicy trokara, lejkowaty otwór w głowicy w celu łatwiejszego wprowadzania narzędzi.

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 2 dopuści jako alternatywny jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny o średnicy 12 mm i długość 100 mm zaopatrzony w redukcję 5-12 mm wiodącej amerykańskiej Firmy? Przezierna kaniula żebrowana lub zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; zawór gazowy umożliwiający insuflację oraz desuflację; obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara; możliwość ściągnięcia głowicy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub wyciągnięcia preparatu; podwójny system uszczelek w głowicy trokara, lejkowaty otwór w głowicy w celu łatwiejszego wprowadzania narzędzi.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ .

Z poważaniem

DYREKTOR
ekonomiczno-administracyjnych

Bożena Duda

Magdalena