



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze, dnia 23.10.2018 r.

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

SCCS/EZP/1327/13129/18

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży ochronnej, operacyjnej oraz pościeli” (63/EZP/18).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytanie o tym, co zamawiający rozumie pod opisem "komfort termofizjologiczny" oświadczam, co następuje:

Norma PN EN 13795 opisuje warunki, jakie spełniać muszą ubrania i fartuchy w pełni zgodne z tą normą na odzież barierową. Istotą problemu jest, że odzież ta jeśli ma być z nią zgodna musi być nieprzewiewna bo uniemożliwia to przedostawanie się na pole operacyjne drobnoustrojów wraz z powietrzem i odporna na przenikanie cieczy. Oczywiście cieczy także nie wchłania.

Jeśli zatem wymagamy, aby spełniała ona warunek komfortu termofizjologicznego, a więc aby była przewiewna i wchłaniała wilgoć, to nie można wymagać, aby była jak to napisano w SIWZ "w pełni zgodna" z ww. normą.

Oświadczenia o takiej pełnej zgodności byłoby złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia.

Urząd rejestracji dopuszcza, aby za fartuchy i odzież barierową uznawać także te, które (w fartuchach) mają tkaninę barierową tylko w strefach krytycznych natomiast z tyłu tę właśnie przewiewną, więc zapewniającą wymagany komfort termofizjologiczny, oraz ubrania zgodne z normą 13795 pod względem pylenia, czystości cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych.


W SIWZ mamy zatem wymagania wzajemnie się wykluczające. Sugerujemy zmianę zapisów SIWZ i ponowne przesunięcie terminu otwarcia ofert, ponieważ dopiero po decyzji Zamawiającego będzie można uszyć żądane wzory.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie Załącznika nr 6 dla Pakietu nr 1 poprzez rezygnację i wykreślenie w poz. 1 i 2 z wymogu: „Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania”.

W związku ze zmianami siwz Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

Nowy termin składania ofert:
26.10.2018 r. godz. 9.00
Nowy termin otwarcia ofert:
26.10.2018 r. godz. 9.30.

Z poważaniem


DYREKTOR
ekonomiczno-administracyjnych
Bożena Duda


W załączeniu:
Zmodyfikowany Załącznik nr 6 dla Pakietu nr 1

Pakiet nr 1			
Lp.	Rodzaj asortymentu	Parametr graniczny	Potwierdzenie spełnienia parametru
Ad.1	<p>Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonej pŁyny, niepyŁacej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewnić wysoki termofizjologiczny komfort użytkownika, gramatura 125 g/m2 (+/- 5 %), zawartość bawełny 60% (+/- 3 %), poliestru 40% (+/- 3 %). . Kolor niebieski, czerwony lub zielony</p> <p>Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.</p> <p>Zgodne z normą PN-EN 13795+A1:2013-06, ENV 14237</p> <p>Kolorowa lamówka ma ułatwić identyfikację rozmiaru.</p> <p>Konieczność oznakowanie systemem RFID</p> <p>Konieczność oznakowania ilości cykli prania.-100 konieczność identyfikacji jednostki , logo szpitala.- kieszonka. Rozmiary od XS do XXXL oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika</p>	tak	
Ad.2	<p>Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonej pŁyny, niepyŁacej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewnić wysoki termofizjologiczny komfort użytkownika, gramatura 125 g/m2 (+/- 5 %), zawartość bawełny 60% (+/- 3 %), poliestru 40% (+/- 3 %). . Kolor niebieski, czerwony lub zielony</p> <p>Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.</p> <p>Zgodne z normą PN-EN 13795+A1:2013-06, ENV 14237</p> <p>Kolorowa lamówka ma ułatwić identyfikację rozmiaru.</p> <p>Konieczność oznakowanie systemem RFID konieczność identyfikacji jednostki , logo szpitala - kieszonka. Rozmiary od XS do XXXL oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika.</p>	tak	

.....
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)