



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzeminska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrze**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze dn.30.08.2018 r

SCCS/EZP/ *MCG / 10747* /18

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi chirurgicznych do torakochirurgii (88/EZP/18).

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do innego pakietu? Zwiększy to konkurencyjność.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

2. Pakiet 1, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener sterylizacyjny o wymiarach 587x279x101 mm aluminiowy z filtrem "ślimakiem" wielokrotnego użytku powyżej 5 tysięcy cykli, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

3. Lp.1 Prosimy o dopuszczenie zapinek od ł. 105 lub 130 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

4. Lp.7 Prosimy o dopuszczenie nożyczek z mikroząbkami zamiast utwardzanych lub nożyczek Nelson Metzenbaum utwardzanych o dł. 260 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

5. Lp.11 Prosimy od opuszczenie nożyczek o dł. 180 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

6. Lp.12 Prosimy od opuszczenie nożyczek o dł. 195 lub 225 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

7. Lp.18 Prosimy od opuszczenie imadła o dł. 180 lub 200 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

8. Lp.19 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 230 mm.

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

9. Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 230 mm.

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

10. Lp.21 Prosimy o dopuszczenie klemu DeBakey o dł. 200 mm i zagięciu 60 st.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

11. Lp.22 Prosimy o dopuszczenie klemu DeBakey o dł. 210 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

12. Lp.23 Prosimy o dopuszczenie klemu o dł. 210 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

13. Lp.24 Prosimy o dopuszczenie kulociągu o szer. 8 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

14. Lp.25 Prosimy o dopuszczenie klemu o dł. 160 mm i zagięciu 30 st.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

15. Lp.26 Prosimy o dopuszczenie obcęgi bocznych, utwardzanych, prostych.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

16. Lp.28 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

17. Lp.29 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. łopatek 23x15 i 37x15 oraz 28x15 i 40x15 mm.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

18. Lp.32 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 240 mm.

Zamawiający odpowiada: tak dopuszczamy.

19. Lp.33 Prosimy o dopuszczenie kontenera o wym. 590x290x150 mm, bez automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna oraz pokrywa kontenera wykonana z anodyzowanego stopu aluminium, uchwyty kontenera, rączki w kolorze srebrnym, z koszem drucianym dostosowanym do wym. kontenera.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

20. Czy Zamawiający dopuści w Formularzu ofertowym **Pakiecie nr 1** tolerancje długości narzędzi max +/-10 mm ?

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.


Paqielco

Z poważaniem


DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Bożena Duda