

Ogłoszenie nr 540061585-N-2019 z dnia 29-03-2019 r.

## **Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 529159-N-2019

**Data:** 25/03/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Śląskie Centrum Chorób Serca, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 733 668, e-mail przetargi@sccs.pl, faks 32 2717654, 3733668.

Adres strony internetowej (url): [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 7)

**W ogłoszeniu jest:** 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówienia przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 ( Pakiet) Wykonawca w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia prześle n/w dokumenty : 1) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia (spr.nr 25/EZP/19) do obrotu na terenie Polski oraz gotowości dostarczenia tego dokumentu na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia (załącznik nr 6). 2) Foldery lub instrukcje użytkowania oferowanego sprzętu . 3) Karta techniczna . 4) Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy ISO 9001 i ISO 13485. 5) Dokument potwierdzający zgodność z dyrektywami UE dla sterylizatorów na tlenek etylenu – wymogi IEC/EN61326.

**W ogłoszeniu powinno być:** 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówienia przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 ( Pakiet) Wykonawca w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia prześle n/w dokumenty : 1) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia (spr.nr 25/EZP/19) do obrotu na terenie Polski oraz gotowości dostarczenia tego dokumentu na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia (załącznik nr 6). 2) Foldery lub instrukcje użytkowania oferowanego sprzętu . 3) Karta techniczna . 4) Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy ISO 9001 i ISO 13485. 5) Dokument potwierdzający zgodność z dyrektywami UE dla sterylizatorów na tlenek etylenu – wymogi IEC/EN61010-1 i EN1422 oraz ISO/EN61326-1 (2006).

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-02, godzina: 09:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-03, godzina: 09:00.