



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

Kierownik Katedry Kardiologii,

Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,

Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 373 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

Kierownik III Katedry

i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych

Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego

Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii

Naczyniowej i Endowaskularnej SUM

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Kierownik Oddziału Klinicznego

Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca

w Zabrzu
tel. 32 373 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652

(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

na stronie internetowej www.sccs.pl

Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:

www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze, 2019-04-10

SCCS/EZP/ 986 / 4474 / 19

Wykonawcy Uczestnicy postępowania

Dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu
ambulans z wyposażeniem (spr. nr 28/EZP/19)

W związku z pytaniami jakie otrzymaliśmy od Wykonawców
dot. w/w postępowania :

1. Zwracam się z pytaniem:
- czy Zamawiający dopuści samochód niewyposażony w
zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia?
Informujemy , że : tak dopuszczamy .

W załączeniu zmieniony załącznik nr 6 .

Równocześnie informujemy ,że zmianie ulega termin składania i
otwarcia ofert w w/w postępowaniu .

Nowy termin składania :

15-04-2019 roku o godz.09:00

Nowy termin otwarcia :

15-04-2019 roku o godz.09:15

z poważaniem

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Bożena Duda

Parametry techniczne

Załącznik nr 6

LP.	Charakterystyka przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Potwierdzenie spełnienia parametru
1	Samochód typu Ambulans typ B nowy	X	
2	do przewozu osób : ilość 5+1 leżącej	TAK	
3	kolor : biały	TAK	
4	silnik		
a	diesel min . 4 cylindry	TAK	
b	poj. skokowa 1960 do 2500	TAK	
c	moc min. 140 KM	TAK	
5	prędkość max .minimum 160 km/h	TAK	
6	DMC max.3500 kg	TAK	
7	ilość biegów min. 6 + wsteczny	TAK	
8	hamulce przód tarczowe wentylowane , tył tarczowe	TAK	
9	ABS	TAK	
10	ESP , ASR	TAK	
11	poduszki powietrzne min. kierowca + pasażer	TAK	
12	zawieszenia		
a	przód kolumny Mc Persons	TAK	
b	rozstaw osi od 3100 mm do 3500 mm	TAK	
13	obrycze kół min. 16"	TAK	
14	zbiornik paliwa pojemność min. 60 l	TAK	
15	Obrycze stalowe lub ze stopów lekkich	TAK	
16	kolumna kierownicza z regulacją	TAK	
17	wspomaganie kierownicy	TAK	
18	elektrycznie sterowane szyby	TAK	
19	regulacja ustawienia świateł	TAK	
20	światła przeciwmgielne	TAK	
21	centralny zamek z pilotem	TAK	
22	elektrycznie podgrzewane regulowane boczne lusterka	TAK	
23	Zestaw audio z głośnikami	TAK	
24	komputer pokładowy	TAK	
25	pełnowymiarowe koło zapasowe	TAK	
26	wzmocniony akumulator i alternator	TAK	
27	Kierownica wielofunkcyjna	NIE	
28	tempomat	NIE	
29	Drzwi przesuwne wysokie po prawej stronie	TAK	
30	Drzwi tylne dwuskrzydłowe wysokie	TAK	
31	Przetwornica 230V min 1kW	TAK	
32	Oświetlenie w przedziale medycznym	TAK	
33	Oznakowanie pojazdu		
a	Belka świetlna typu LED w kolorze niebieskim	TAK	
b	Dwie lampy pulsacyjne typu LED w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego	TAK	

c	Lampa w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu	TAK	
d	Oznakowanie graficzne pojazdu zgodne z PN-EN 1789	TAK	
34	Butla tlenowa 2szt wraz z dwoma punktami poboru na ścianie lewej	TAK	
35	Stała przegroda oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy ,wyposażona w drzwi przesuwne	TAK	
36	Fotel kardiologiczny wraz z miejscem do montażu fotela kardiologicznego z platformą najazdową rozkładaną umożliwiającą wprowadzenie fotela przez jedną osobę	TAK	
37	Nosze o udźwigu do 250kg z transporterem umożliwiającym regulację wysokości min w trzech pozycjach z półką lub uchwytem do mocowania dodatkowego wyposażenia o udźwigu 15kg	TAK	
38	Ssak elektryczny z uchwytem ściennym z funkcją ładowania	TAK	
39	Zestaw szafek na drobny sprzęt medyczny	TAK	
40	Komplet kół zimowych	TAK	
41	Zabudowa ambulansu typ B wg PN-EN 1789	TAK	
Parametry do oceny			
Zużycie energii (MJ/km)			
Emisja dwutlenku węgla (g/km)			
Emisja zanieczyszczeń (łączna wartość wyrażona w g/km : cząstek stałych +węglowodorów THC + tlenków azotu No _x)			
ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert do niektórych rodzajów zamówień			
Przedłużona gwarancja powyżej 24 m-cy podać długość w m-cach			

.....
Podpis Wykonawcy