



ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze dn. 09.04.2019r

SCCS/EZP/ 982 / 4441 /19

Firmy handlowe Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod do badań elektrokardiograficznych (29/EZP/19).

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 3 i 4 - elektrody do defibrylatorów LIFEPAK

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta, o następujących parametrach:

Elektrody dla dorosłych radiotransparentne Quik Combo RTS, długość kabla 60,1 cm, powierzchnia aktywna elektrod 115 cm². Elektrody pediatryczne radiotransparentne Quik Combo RTS, długość kabla 60,1 cm, powierzchnia aktywna elektrod 52 cm² ? Odprowadzenia są krótsze od wymaganych, jednak pragnę zwrócić uwagę, iż elektrody są podłączane do kabla terapeutycznego Quik Combo o długości ponad 200 cm, co zapewnia pełną operacyjność. Nie ma możliwości podłączenia elektrod bezpośrednio do defibrylatora bez użycia kabla Quik Combo.

Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia w pozycji 3 i 4 pakietu 2 - elektrody do defibrylatorów LIFEPAK może dać podstawę do podejrzeń o naruszenie zasady uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje wyraźnie na elektrody Medi-Trace firmy Covidien.

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy.

2. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 24mm z języczkiem?

Zamawiający odpowiada: Ze względu na specyfikację badań nie dopuszczamy.

3. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 36x48mm?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy

4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 54mm?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy

5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody na piance?

Zamawiający odpowiada: Ze względu na specyfikację badań nie dopuszczamy.

6. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody na gąbce?

Zamawiający odpowiada: Ze względu na specyfikację badań nie dopuszczamy.

7. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 54mm?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy

8. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 54mm?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy.

9. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody z riazwą handlowa umieszczoną na elektrodzie w kolorze czerwonym?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy.

10. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 48mm?

Zamawiający odpowiada: Ze względu na specyfikację badań nie dopuszczamy.

11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 24mm z języczkiem?

Zamawiający odpowiada: Ze względu na specyfikację badań nie dopuszczamy.

12. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12-20

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie drugiego? Podział pakietu znacząco zwiększy konkurencję co pozytywnie wpłynie na zaoferowane ceny.

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert:

12.04.2019r godz. 9:00

Nowy termin otwarcia ofert:

12.04.2019r godz. 10:00

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Antena Duda