

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 373 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: sechs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax. 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 373 36 00, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/



Zabrze dn. 26.07.2019 r

SCCS/EZP/ 1336 / 8696 /19

Uczestnicy postępowania

dot.: przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i oprogramowania do realizacji projektu edukacyjnego (68/EZP/19).

W związku z pytaniami jakie Zamawiający otrzymał od Wykonawców dotyczącymi w/w postępowania :

Pytanie 1. Dot. Echokardiograf kieszonkowy z sondą przezklatkową. Pkt. II/4.

Prosimy o potwierdzenie, że przez wewnętrzny dysk twardy Zamawiający rozumie również wewnętrzną wbudowaną pamięć urządzenia?

Informujemy , że : tak , potwierdzamy .

Pytanie 2. Dot. Echokardiograf kieszonkowy z sondą przezklatkową. Pkt. II/6

Czy Zamawiający dopuści system ultrasonograficzny z oprogramowaniem do badań jamy brzusznej, echokardiografii, położnictwa/ginekologii, badań typu FAST, płuc, badań naczyniowych, mięśniowoszkieletowych, struktur powierzchniowych i tkanek miękkich?


Informujemy , że : dopuszczamy .

Pytanie 3. Dot. Echokardiograf kieszonkowy z sondą przezklatkową. Pkt. II/8 i II/10.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem do 8" włącznie, o wymiarach maksymalnych do 200 mmX135mmX40mm?

Informujemy , że : dopuszczamy .

Pytanie 4. Dot. Echokardiograf kieszonkowy z sondą przezklatkową. Pkt. II/11.



Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania lub zgodzi się wprowadzić punktację równoważną na rozwiązanie, które umożliwia zaproponowanie dwóch niezależnych głowic (liniowej i sektorowej), które mogą pracować jako dwa niezależne urządzenia po podłączeniu ich do kompatybilnego urządzenia typu tablet, smartfon wyposażonego w system android z możliwością zainstalowania darmowej aplikacji obsługującej tę głowicę?

Informujemy , że : Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w w/w zakresie .

Pytanie 5. Dot. Echokardiograf kieszonkowy z sondą przezklatkową. Pkt. III/1.

Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową, która pozwala na obrazowanie wysokiej rozdzielczości w badaniach płuca, echa serca, jamy brzusznej, położniczych i ginekologicznych oraz FAST pracująca w zakresie 1- 4 MHz o głębokości obrazowania do 30 cm i kącie penetracji 90°?!

Informujemy , że : dopuszczamy .

Pytanie 6. Dotyczy załącznik nr 8

Czy Zamawiający dopuści system ultrasonograficzny przenośny działający na dedykowanym urządzeniu mobilnym typu smartfon posiadający wbudowane na stałe głowice (bez możliwości wypięcia)?

Informujemy , że : dopuszczamy .

Pytanie 7. Dotyczy załącznik nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf kieszonkowy typu smartfon posiadający głowice sektorową i liniową zintegrowaną w 1 urządzeniu, składającą się z części sektorowej i liniowej oraz 1 kabla wbudowanego na stałe w urządzenie (bez możliwości wypinania)

Informujemy , że : dopuszczamy .

Równocześnie informujemy , że nowy termin składania i otwarcia ofert to :

składanie ofert : 31.07.2019 r godzina 9.00

otwarcie ofert : 31.07.2019 r. godzina 9.15

DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski

Z poważaniem