



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze dnia 13.03.2019r.

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: sechs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

SCCS/EZP/ 269 13274 /19

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę
jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni
Elektrofizjologii (9/EZP/19).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami
do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie 1. Dot. pakietu nr 2, poz. 5

1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody ablacyjnej jednokierunkowej, 4mm lub 8mm, bez czujnika temperatury, z mechanizmem push-pull. Rozstaw elektrod 2-5-2.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 2. Dot. pakietu nr 3, poz. 1 i 2

2. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek i igieł do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach:


KOSZULKA

- Koszulka 8 i 8.5F, długość 62 cm oraz 80 cm
- Prowadnik 0,032", 180cm
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru 4 krzywizny koszulki, odpowiadające SL0, SL1, SL2, SR0

IGŁA

- dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1
- dostępne 3 różne długości
- igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI
- dostępna igła ekstra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Zdjęcia produktu poniżej:




Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie 3. Dot. pakietu nr 3, poz. 3 i 4

3. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu koszulki transseptalnej dwukierunkowej symetrycznej o parametrach opisanych poniżej:

INTRODUCER STEROWALNY:

- introducer sterowalny dwukierunkowy z zastawką od amerykańskiego producenta. **Koszulka dostępna jest w rozmiarach 8,5F; 10F**
- **dylator - prosty lub zagięty pod kątem 50 °**
- **Zwiększona widoczność końcówki** w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki
- **Koszulka z powłoką hydrofobową**, umożliwiającą łatwe wprowadzanie
- **Technologia Flexsteer™** - koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
- **Ergonomiczny uchwyt** z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie
- **Efektywna praca z przewodnikami w rozmiarach 0.014 – 0,038"**
- **Rozmiary koszulki:** 61cm, 67cm, 71cm



IGŁA

- dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1
- dostępne 3 różne długości
- igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI
- dostępna igła extra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Informujemy, że zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwamy termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu:

**Nowy termin składania ofert:
18.03.2019r. godz. 09:00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
18.03.2019r. godz. 09:45**

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Max Botana Duda

A
Comercy