



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

[www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

**Dyrektor Naczelny**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

Mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

Mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelną Pielęgniarką**

Mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

Mgr Janina Krzemieńska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,  
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,  
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14, fax 32 373 33 792  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry  
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych  
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego  
Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii  
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89, fax. 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego  
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca  
w Zabrze**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze**

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**

Bank BPH S.A. I O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)  
Więcej informacji na temat  
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze  
na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)  
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:  
[www.sccs.pl/kardiolog/](http://www.sccs.pl/kardiolog/)

Zabrze dn. 24.09.2019 r

SCCS/EZP/ 1586 / 11119 / 19

### Uczestnicy postępowania

dot.: przetarg nieograniczony na dostawę odzieży operacyjnej ( 92/EZP/19 ).

W związku z pytaniami jakie Zamawiający otrzymał od Wykonawców dotyczącymi w/w postępowania :

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 " Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku" gramaturę 132g/m<sup>2</sup> oraz najważniejsze badania zgodnie z normą 13795. Zgodność pod względem pylenia i cząstek stałych, przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium.

Informujemy , że : tak dopuszczamy gramaturę 132g/m<sup>2</sup> .

2. Czy Zamawiający dopuści bluzę, spodnie operacyjne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach: poliester 44%, bawełna 54,6%, włókno węglowe 1,4% oraz o gramaturze 125 +/- 6 g/m<sup>2</sup>? Tkanina ta zgodna jest z normą PN-EN 13795 w zakresie: pylenia, czystości cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych.  
Odzież o powyższych parametrach cieszy się dobrą oceną użytkowników w placówkach medycznych oraz wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując bardzo wysokie parametry użytkowania tj.  
- miły dotyk  
- trwałość kształtów i wymiarów  
- dużą wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie  
- przewiewność  
- przepuszczalność powietrza  
- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.

Informujemy , że : dopuszczamy odzież o w/w parametrach . .

3. Ze względu na ilość kolorów dla ubrań operacyjnych prosimy o określenie przez Zamawiającego orientacyjnej ilości ubrań w poszczególnych kolorach. Pozwoli to Wykonawcom na zabezpieczenie odpowiedniej ilości tkaniny z danego koloru oraz terminową realizację zamówień.

Informujemy, że : zgodnie z opisem parametrów dla punktu 2 tabeli występują kolory niebieski ( 25% ) granat ( 25% ) szary ( 25% ) zielony (25% ) .

4. Czy Zamawiający dla Pakietu 1 dopuści tkaninę bawełniano poliestrową z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69% oraz gramaturze 150 g/m2, spełniającą wszystkie parametry normy PE-EN 13795?

Informujemy, że : podtrzymujemy skład i gramaturę wymienioną w specyfikacji i odpowiedziach na pytania nr 1 i nr 2 .

5. Czy Zamawiający dla Pakietu 1 pozycja 2 dopuści kolory niebieski, czerwony lub pomarańczowy, zielony?

Informujemy, że : podtrzymujemy kolory wymienione w specyfikacji i odpowiedzi na pytanie 3

6. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dla Pakietu 1 pozycja 2 wymaga 1 próbki w jednym z trzech kolorów?

Informujemy, że : tak jedna próbka w jednym z 4 kolorów .

DYREKTOR  
Ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr Bożena Duda