



# ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

ZSPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję.”

Zabrze, dnia 11.10.2019 r. 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

[www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

**Dyrektor Naczelny**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

Mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

Mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelna Pielęgniarka**

Mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

Mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,  
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,  
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry  
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych  
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego  
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii  
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 37 33 689, fax. 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego  
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca  
w Zabrze**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze**

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**

Bank BPH S.A. I O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)  
Więcej informacji na temat  
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze  
na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)  
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:  
[www.sccs.pl/kardiolog/](http://www.sccs.pl/kardiolog/)

SCCS/EZP/1653/11949/19

## Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulania i kardiostymulatora” (97/EZP/19).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

### **Dotyczy: SIWZ wraz z załącznikami**

1. W związku z tym, że na stronie internetowej Zamawiający zamieścił dokumentację wyłącznie w wersji pdf, prosimy o załączenie SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w wersji edytowalnej następujące Załączniki: nr 4, nr 7 i nr 8.

### **Dotyczy Załącznika nr 8 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem (pyt. od nr 2 do nr 6)**

2. Pkt III 2 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów sterowany elektronicznie? Jest to rozwiązanie konstrukcyjne niemające znaczenia klinicznego

**Zamawiający odpowiada:** Tak dopuszczamy.

3. Pkt IV 5, 6 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał możliwość wymiany pochłaniacza jednorazowego i wielorazowego w trakcie trwania zabiegu bez rozszczelniania układu?

**Zamawiający odpowiada:** Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

4. Pkt V 2 Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej za aparat do znieczulenia wyposażony w pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów sterowany elektronicznie?

**Zamawiający odpowiada:** Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

5. Pkt VIII Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat posiadał funkcję manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych, jako rozwiązania dostępnego w aparatach wysokiej klasy?

**Zamawiający odpowiada:** Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

6. Pkt VIII 18 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym test przeprowadzany jest automatycznie i wymaga niewielkiej interakcji użytkownika w trakcie trwania procedury?

**Zamawiający odpowiada:** Tak dopuszczamy.

**Dotyczy** Załącznika nr 8 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem pkt. XII 8  
Załącznika nr 3 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem § 6 ust.2

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii do 48 godz. (w dn. robocze) ?

**Zamawiający odpowiada:** Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

**Dotyczy:** Załącznika nr 3 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem § 6 ust.3

8. Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w razie zastosowania par.6ust.3 Umowy Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, przeprowadzonej w ten sposób naprawy.

**Zamawiający odpowiada:** Nie wyrażamy zgody.

**Dotyczy:** Załącznika nr 3 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem § 7 ust.1a

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części danego zadania za każdy dzień zwłoki ?  
Jeśli dostawa w ramach danego zadania będzie częściowo zrealizowana, to naliczanie kary umownej od ogólnej wartości brutto będzie miała charakter rażąco zawyżony.

**Zamawiający odpowiada:** Nie wyrażamy zgody na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części danego zadania. Wyrażamy natomiast zgodę na naliczanie kary od wartości przedmiotu umowy – Pakietu - którego dotyczy zwłoka.

**Dotyczy:** Załącznika nr 3 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem § 7 ust.1b

10. Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.  
Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia:

*„Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.*

**Zamawiający odpowiada:** Nie wyrażamy zgody. Odstąpienie będzie następować zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

**Dotyczy: Załącznika nr 3 do SIWZ - PAKIET 1 Aparat do znieczulenia z doposażeniem § 7 ust.3**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych ?

**Zamawiający odpowiada:** Tak, wyrażamy zgodę.

**Pytanie do pakietu 2 KARDIOSTYMULATOR pkt. 21. tabeli parametrów wymaganych**

12. Czy Zamawiający dopuści Kardiostryulator Dwujamowy z okresem refrakcji 30-150ppm: 225ms ; 151-200ppm: 200ms; 201-250ppm: 175ms? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający odpowiada:** Tak dopuszczamy.

**Pytanie do wzoru umowy §6 pkt. 2**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów odnośnie czasu reakcji na zgłoszenie awarii – *do 5 dni roboczych*, czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. *10 dni roboczych*, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. *28 dni roboczych* – Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek/naprawy?

**Zamawiający odpowiada:** Nie wyrażamy zgody.

**Dotyczy Pakietu 2:**

14. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 kardiostryulator dwujamowy bez trybu VVT z możliwością trybów: DDD, VVI, AAI, VDD, D00, V00, A00, DVI, DAI, DDD+AT, DAT oraz uniwersalnego podłączenia elektrod czasowych przez standardowe złącza zgodnie z normą IP-41 (nie ma potrzeby użytkowania kabla przedłużającego)?

**Zamawiający odpowiada:** Tak dopuszczamy.

Informujemy, że zgodnie z treścią ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 10.10.2019r., oferty należy składać do 16.10.2019r. do godz. 09:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się 16.10.2019r. o godz. 09:45.

Z poważaniem

DYREKTOR  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
mgr inż. Jacek Kaszewski