



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl

Zabrze, 17.11.2020

**Dyrektor Naczelny**  
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**  
mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**  
mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelnia Pielęgniarka**  
mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**  
mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze**  
tel. 32 373 36 00, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze**  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice,  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**  
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**  
Bank BPH S.A. I O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)  
Wirtualny kardiolog – interaktywna diagnoza:  
[www.sccs.pl/kardiolog](http://www.sccs.pl/kardiolog)

SCCS/EZP/844/12490/20

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do ogrzewania pacjenta i koców ogrzewających (78/EZP/20).

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi postępowania:

#### 1. Dotyczy zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne – koce ad. 3 pkt IV.3

Czy Zamawiający dopuści koc dla dorosłych o wymiarach 220 x 133 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający odpowiada:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### 2. Dotyczy zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne – koce ad. 4 pkt V.3

Czy Zamawiający dopuści koc dla dzieci o wymiarach 166 x 133 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający odpowiada:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### 3. Dotyczy zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne – koce ad. 5 pkt VI.3

Czy Zamawiający dopuści koc dla dzieci o wymiarach 116 x 133 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający odpowiada:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

[www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

**Dyrektor Naczelny**

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelną Pielęgniarką**

mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze**

tel. 32 373 36 00, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze**

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice,  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**

Bank BPH S.A. I O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze

na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

Wirtualny kardiolog – interaktywna diagnoza:

[www.sccs.pl/kardiolog](http://www.sccs.pl/kardiolog)

#### 4. Dotyczy zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne – urządzenie do ogrzewania pacjenta

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia zabezpieczonego filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

#### 5. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ponieważ w formularzu dwa razy jest wymagane wpisanie „wartość ogólna brutto”

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający informuje, iż omyłkowo w załączniku nr 2 do SIWZ wpisano dwukrotnie „wartość ogólna brutto.” W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawiony w wyżej wymienionym zakresie załącznik nr 2.

#### 6. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - parametry techniczne - Lp.11 Parametry ogólne pkt 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 1 opakowania kocy do 22 urządzeń do ogrzewania pacjenta czy 22 opakowań kocy do 22 urządzeń do ogrzewania pacjenta (1 opakowanie zawiera 25 szt) ?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający wyjaśnia, że wymaga 1 opakowania kocy (zawierającego 25 szt.) dla każdego urządzenia.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

[www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

**Dyrektor Naczelny**  
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**  
mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**  
mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelną Pielęgniarką**  
mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**  
mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu**  
tel. 32 373 36 00, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu**  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice,  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**  
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**  
Bank BPH S.A. I O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)  
Wirtualny kardiolog – interaktywna diagnoza:  
[www.sccs.pl/kardiolog](http://www.sccs.pl/kardiolog)

### 7. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 (Urządzenie do ogrzewania pacjenta) Parametry techniczne II 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości aparat do ogrzewania pacjenta, w którym przewód grzewczy jest osłonięty umożliwiającym dezynfekcję rękawem, ale na zasadzie równoważności, jest wzmocniony tworzywem sztucznym, nie drutem?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

### 8. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 (Koce ad. 3) Parametry techniczne IV 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości koce grzewcze, w których obydwie warstwy wykonane są z polipropylenu?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

### 9. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 (Koce ad. 3) Parametry techniczne IV 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości koce grzewcze dla dorosłych z nacięciem do zabiegów kardiologicznych, nacięcie długości 40 cm od szyi ku dołowi? Wymiar koca 100 x 195 cm, taki sam wymiar po napełnieniu powietrzem (zmienia się jedynie wysokość koca), bez specjalnego dostępu od strony stóp pacjenta?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

### 10. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4 (Koce ad. 4) Parametry techniczne V 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości koce grzewcze dla dzieci, w których obydwie warstwy wykonane są z polipropylenu?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

[www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

**Dyrektor Naczelny**

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelną Pielęgniarką**

mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze**

tel. 32 373 36 00, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze**

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice,  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**

Bank BPH S.A. I O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)  
Wirtualny kardiolog – interaktywna diagnoza:  
[www.sccs.pl/kardiolog](http://www.sccs.pl/kardiolog)

**11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4 (Koce ad. 4) Parametry techniczne V 3.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości koce grzewcze dla dzieci o wymiarach 100 x 120 cm? Taki sam wymiar po napełnieniu powietrzem (zmienia się jedynie wysokość koca).

**Zamawiający odpowiada:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**12. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 (Koce ad. 5) Parametry techniczne VI 3.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości koce grzewcze dla dzieci, w których obydwie warstwy wykonane są z polipropylenu?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

**13. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 (Koce ad. 5) Parametry techniczne VI 3.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości koce grzewcze dla dzieci bez osłony do systemu o wymiarach 100 x 120 cm? Taki sam wymiar po napełnieniu powietrzem (zmienia się jedynie wysokość koca).

**Zamawiający odpowiada:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert w zakresie niniejszego postępowania :

**Nowy termin składania ofert:** 24.11.2020 godz. 09:00

**Nowy termin otwarcia ofert:** 24.11.2020 godz. 09:15

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr Bożena Duda