



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl Centrala tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Zabrze, 12.08.2021

**Dyrektor Naczelny**  
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**  
mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**  
mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelną Pielęgniarką**  
mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**  
mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: Sek.KD1@sccs.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: Sek.KD3@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel. 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Koordynator Oddziału Kardiologii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia**  
prof. dr hab. n. med. Michał Zembala  
tel. 32 479 34 66  
e-mail: sek.med.kch@sccs.pl

**Koordynator Oddziału Kardiologii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci**  
dr n. med. Szymon Pawlak  
tel. 32 479 34 73  
e-mail: dzieci@sccs.pl

**Koordynator Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc**  
dr hab. n. med. Marek Ochman  
tel. 32 479 34 83  
e-mail: Sek.OT@sccs.pl

**Koordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej**  
dr n. med. Ryszard Walas  
tel. 32 479 38 09  
e-mail: Sek.ChN@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM**  
dr hab. n. med. Tomasz Hrapkiewicz  
tel. 32 373 38 64 fax 32 278 43 34  
e-mail: kardiologia.zabrze@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii ŚUM**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: Sek.Kan@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych**  
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek  
tel. 32 373 38 64  
e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

**Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej**  
dr n. med. Jacek Sikora  
tel. 32 37 33 681  
e-mail: rehabilitacja@sccs.pl

SCCS/EZ/8847/528/2021

Nr sprawy 46/2021

### Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielania Zamówienia Publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto na dostawę systemu do kontrolowanej zbiórki stolca.

### Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 i 2 o dopuszczenie na zasadzie równoważności worka o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz z filtrem/wentylem dezodoryzującym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

### Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie na zasadzie równoważności maksymalny czas użycia systemu do 28 dni zgodnie z instrukcją obsługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

### Pytanie 3 - pozycja nr 1, pkt. 4

Czy zamawiający dopuści worek z filtrem węglowym, bez zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### Pytanie 4 - pozycja nr 1, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści, by skuteczność systemu była potwierdzona badaniami laboratoryjnymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl Centrala tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

### Dyrektor Naczelny

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

### Dyrektor ds. Medycznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

### Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

### Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

### Naczelną Pielęgniarką

mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

### Główny Księgowy

mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

### Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: Sek.KD1@sccs.pl

### Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: Sek.KD3@sccs.pl

### Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM

prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel. 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

### Koordinator Oddziału Kardiologii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia

prof. dr hab. n. med. Michał Zembala  
tel. 32 479 34 66  
e-mail: sek.med.kch@sccs.pl

### Koordinator Oddziału Kardiologii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci

dr n. med. Szymon Pawlak  
tel. 32 479 34 73  
e-mail: dzieci@sccs.pl

### Koordinator Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc

dr hab. n. med. Marek Ochman  
tel. 32 479 34 83  
e-mail: Sek.OT@sccs.pl

### Koordinator Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

dr n. med. Ryszard Walas  
tel. 32 479 38 09  
e-mail: Sek.ChN@sccs.pl

### Kierownik Katedry Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkiewicz  
tel. 32 373 38 64 fax 32 278 43 34  
e-mail: kardiologia.zabrze@sum.edu.pl

### Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM

prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: Sek.Kan@sccs.pl

### Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek  
tel. 32 373 38 64  
e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

### Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

dr n. med. Jacek Sikora  
tel. 32 37 33 681  
e-mail: rehabilitacja@sccs.pl

## Pytanie 5 - pozycja nr 2, pkt. 1

Czy zamawiający dopuści worek z filtrem węglowym, bez zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

## Pytanie 6 - poz. nr 1/1:

Czy Zamawiający wymaga systemu z miękkim silikonowym drenem o długości 167cm, zakończony niskociśnieniowym napętnianym balonikiem do wypełnienia wodą 45ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

## Pytanie 7 - poz. nr 1/1:

Czy Zamawiający wymaga, aby system był wyposażony w niebieską kieszonkę na palec umożliwiającą atraumatyczną aplikację systemu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

## Pytanie 8 - poz. nr 2/1:

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki stolca płynnego i półpłynnego o pojemności 1000ml skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, kompatybilne z systemem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

## Pytanie 9 - Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napętniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu.



# ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...”



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl Centrala tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

**Dyrektor Naczelny**

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelnia Pielęgniarka**

mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92  
e-mail: Sek.KD1@sccs.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19  
e-mail: Sek.KD3@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel. 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Kardiologii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia**

prof. dr hab. n. med. Michał Zembala  
tel. 32 479 34 66  
e-mail: sek.med.kch@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Kardiologii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci**

dr n. med. Szymon Pawlak  
tel. 32 479 34 73  
e-mail: dzieci@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc**

dr hab. n. med. Marek Ochman  
tel. 32 479 34 83  
e-mail: Sek.OT@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej**

dr n. med. Ryszard Walas  
tel. 32 479 38 09  
e-mail: Sek.ChN@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM**

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkiewicz  
tel. 32 373 38 64 fax 32 278 43 34  
e-mail: kardiologia.zabrze@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: Sek.Kan@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych**

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek  
tel. 32 373 38 64  
e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

**Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej**

dr n. med. Jacek Sikora  
tel. 32 37 33 681  
e-mail: rehabilitacja@sccs.pl

System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

**Pytanie 10 - Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, na wezwanie próbka produktu.

Jednocześnie informujemy, że przesuwamy termin składania ofert na 16.08.2021, godzina bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
mgr inż. Jacek Kaszewski