



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl Centrala tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Zabrze, dn. 06.06.2022r

**p.o.Dyrektor Naczelny**

**Dyrektor ds. Medycznych**

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89  
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelna Pielęgniarka**

mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14  
e-mail: Sek.KD1@sccs.pl

**Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81  
e-mail: Sek.KD3@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel. 32 37 33 669  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia**

prof. dr hab. n. med. Michał Zembala  
tel. 32 47 93 466  
e-mail: sek.med.kch@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci**

dr n. med. Szymon Pawlak  
tel. 32 47 93 473  
e-mail: dzieci@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc**

dr hab. n. med. Marek Ochman  
tel. 32 47 93 483  
e-mail: Sek.OT@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej**

dr n. med. Ryszard Walas  
tel. 32 47 93 809  
e-mail: Sek.ChN@sccs.pl

**Koordinator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia**

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 37 33 857  
e-mail: sek.mwk@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM**

prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 47 93 470  
e-mail: Sek.Kan@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych**

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek  
tel. 32 37 33 864  
e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

**Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej**

dr n. med. Jacek Sikora  
tel. 32 37 33 681  
e-mail: rehabilitacja@sccs.pl

SCCS/EZ/ 5190 / 315 /2022

Nr sprawy 44/2022

**Do uczestników postępowania:**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielania Zamówienia Publicznego poniżej kwoty 130000zł netto na dostawę **STAPLERÓW SKÓRNYCH**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów zawierających zszywki duże w rozmiarze 4,9 x 7,2mm średnica 0,6mm i staplerów zawierających zszywki małe w rozmiarze 3,9 x 5,9mm średnica 0,5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Na wezwanie próbki.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

- ✓ Staplery przeznaczone do wygodnego zamykania brzegów ran za pomocą wysokiej jakości klamer (zszywek),

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Na wezwanie próbki.**

- ✓ Klamra duża (zszywka) wykonana z niepowlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wysokości 4,9 mm i szerokości 7,2 mm średnica drutu 0,6 mm konfekcjonowana w jednorazowym sterylnym aplikatorze po 35 szt.,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Na wezwanie próbki.**

- ✓ Klamra mała (zszywka) wykonana z niepowlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wysokości 3,9 mm i szerokości 5,9 mm konfekcjonowana w jednorazowym sterylnym aplikatorze po 35 szt.,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Na wezwanie próbki.**

- ✓ Aplikator wyposażony w okienko podglądu zszywki,

**Odpowiedź: Według SIWZ. Na wezwanie próbki.**

- ✓ Aplikator posiadający funkcję precock - podtrzymywanie zszywki w aplikatorze do momentu zamknięcia,

**Odpowiedź: Według SIWZ. Na wezwanie próbki.**

- ✓ Ekstraktor jednorazowego użytku - 140 zszywek - 1 ekstraktor?

**Odpowiedź: Rozszywacz do staplerów skórnych dołączany do co 4 opakowania zamówionych staplerów skórnych. Na wezwanie próbki.**

Z poważaniem,