

Zabrze, 13/01/2023 r

Ul. M. Curie – Skłodowskiej 9  
41 – 800 Zabrze

www.sccs.pl

tel. centrala (32) 37 33 600, (32) 271 52 61

NIP: 6482302807

REGON: 001071806

KRS: 0000048349

**p.o.Dyrektor Naczelny**  
**Dyrektor ds. Medycznych**  
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89  
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**  
mgr Bożena Duda  
tel. 32 373 37 30  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**  
mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel. 32 373 37 30  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelną Pielęgniarką**  
mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**  
mgr Jolanta Turska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.turska@sccs.pl

SCCS/EZ/ / /23

Nr sprawy 01/23

**Dotyczy postępowania do 130.000,00 PLN na dostawę zamkniętych systemów do odsysania**

**Pytanie 1**

**Dotyczy IWZ** – Prosimy o doprecyzowanie czy ofertę można złożyć tylko na jeden pakiet?

**Odpowiedź;** Zamawiający może złożyć ofertę na pakiet I jak również na pakiet II

**Pytanie 2**

**Dotyczy IWZ** – Prosimy o doprecyzowanie czy jest to jednorazowa dostawa?

**Odpowiedź;** W Formularzu Oferty jest zapis, że termin wykonania umowy wynosi 12 m cy

**Pytanie 3**

**Pakiet nr I, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści możliwość stosowania cewnika przez 72h potwierdzoną oryginalną instrukcją obsługi producenta?

**Odpowiedź;** Zamawiający dopuszcza, oryginalną instrukcję obsługi. Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby na wezwanie o okazanie takiego badania zostało ono udostępnione.

**Pytanie 4**

**Pakiet nr I, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 60 cm?

**Odpowiedź;** NIE Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 5**

**Pakiet nr I, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści system posiadający port do irygacji oraz osobny port do podawania leków?

**Odpowiedź;** TAK Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6**

**Pakiet nr I, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści możliwość stosowania cewnika przez 72 h potwierdzoną oryginalną instrukcją obsługi producenta?

**Odpowiedź;** Zamawiający dopuszcza, oryginalną instrukcję obsługi. Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby na wezwanie o okazanie takiego badania zostało ono udostępnione

**Pytanie 7**

**Pakiet nr I, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści system posiadający port do irygacji oraz osobny port do podawania leków?

**Odpowiedź; TAK Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 8**

Prosimy zamawiającego w pozycji 1 o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania do rurek intubacyjnych CH 12/14/16 o długości minimalnie różniącej się od wymaganej przez zamawiającego tj. 56 cm ?

**Odpowiedź;** Parametry zgodne z zapisami ujętymi w istotnych Warunkach Zamówienia

**Pytanie 8**

Prosimy zamawiającego w pozycji 1 o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania do rurek intubacyjnych CH 12/14/16 o długości minimalnie różniącej się od wymaganej przez zamawiającego tj. 62 cm? **Odpowiedź;**

Parametry zgodne z zapisami ujętymi w istotnych Warunkach Zamówienia

Prosimy zamawiającego w pozycji 2 o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania do rurek tracheostomijnych CH 12/14/16 o długości minimalnie różniącej się od wymaganej przez zamawiającego tj. 36 cm?

**Odpowiedź;** Parametry zgodne z zapisami ujętymi w istotnych Warunkach Zamówienia

**Pytanie 9**

Czy zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, w którym jest zamykany , obrotowy port do przepłukiwania cewnika oraz drugi zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika , podłączonej do rurki?

**Odpowiedź; TAK Zamawiający dopuszcza** ale parametry zgodne z zapisami ujętymi w istotnych Warunkach Zamówienia

Z poważaniem,