

Zabrze, dn. 30.03.2023r

**Ul. M. Curie – Skłodowskiej 9
41 – 800 Zabrze**

www.sccs.pl

tel. centrala (32) 37 33 600, (32) 271 52 61

NIP: 6482302807

REGON: 001071806

KRS: 0000048349

p.o.Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Medycznych
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Bożena Duda
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
mgr Jolanta Turska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.turska@sccs.pl

SCCS/EZ/ 2104 / 170 /2023

Nr sprawy 28 /2023

Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielania Zamówienia Publicznego poniżej kwoty 130000zł netto na **DOSTAWĘ KOCY DO KONWEKCYJNEGO SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA**

Pytanie 1

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator - system mocowania za pomocą zintegrowanej opaski zapinanej na velcro.

Poz.. 1 prosimy o dopuszczenie koca wielodostępowego o wymiarach 195x100 cm



Poz. 2 prosimy o dopuszczenie koca pediatrycznego o wymiarach 99x136 cm



Poz. 3 prosimy o dopuszczenie koca noworodkowego o wymiarach 92x89 cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,