

Zabrze, dn. 25.05.2023r

Ul. M. Curie – Skłodowskiej 9
41 – 800 Zabrze

www.sccs.pl

tel. centrala (32) 37 33 600, (32) 271 52 61

NIP: 6482302807

REGON: 001071806

KRS: 0000048349

p.o.Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Medycznych
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Bożena Duda
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
mgr Jolanta Turska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.turska@sccs.pl

SCCS/EZ/ 4723 / 264 /2023

Nr sprawy 43 /2023

Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielania Zamówienia Publicznego poniżej kwoty 130000zł netto na dostawę **KANIUL DOŻYLNÝCH DLA DOROŚLYCH.**

Pytanie 1 - Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności potwierdzenia biokompatybilności poliuretanu badaniami klinicznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z siwz.

Pytanie 2 - Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących parametrach:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, bez zabezpieczenia w postaci kapilar
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 - Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Pakiet 1 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od wymogu zaoferowania kaniuli posiadającej otwór przy ostrzu rozmiarach: 1,5x45mm, 1,8x45mm, 2,0x45 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 5 - Pakiet.1 Poz.1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie kaniul bez otworu 1,5x45mm, 1,8x45mm, 2,0x45mm, pozostałe parametry zgodne SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,