

Zabrze, 07/07//2023

**Ul. M. Curie – Skłodowskiej 9
41 – 800 Zabrze**

www.sccs.pl

tel. centrala (32) 37 33 600, (32) 271 52 61

NIP: 6482302807

REGON: 001071806

KRS: 0000048349

**p.o.Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Medycznych**
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Bożena Duda
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
mgr Jolanta Turska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.turska@sccs.pl

SCCS/EZ/ 6224 / 361 /23

Nr sprawy 55/23

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy; postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielenia zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto na dostawę **stent graftów na balonie obwodowy kryty**

PYTANIE I

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego specyfikacji istotnych warunków zamówienia stentgraftów obwodowych o następujących parametrach:

- (4) stentgraft wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego (L605), powleczonego wszepialnym materiałem PTFE
- (7) system wprowadzania 75 i 120cm
- (8) dostępne średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- (9) dostępne długości 18, 22-23, 27-28, 37-38, 57-58mm
- (10) kompatybilny z koszulką 6 lub 7F w zależności od średnicy

ODPOWIEDŹ;

TAK, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE II

Czy Zamawiający dopuści stentgrafty amerykańskiego producenta lidera w stentach pokrywanych z ponad 15 letnim zastosowaniem klinicznym i z ponad 500 publikacjami klinicznymi.

- stentgraft pokrywane z PTFE stalowe, wycinane laserowo,
- pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu,

- zamontowane fabrycznie na balonie
- średnicy 5,6,7,8,9,10 mm oraz długościach 16, 22, 32, 38, 59mm; kompatybilny z koszulką: 6FR dla rozmiarów 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7 FR dla pozostałych rozmiarów.
- średnicy 12 mm oraz długości 29, 41,61mm; kompatybilny z koszulką 9FR
- z niskim profilem przejścia,
- długość systemu: 80 i 120 cm,
- kompatybilny z przewodnikiem 0.035" System OTW.

ODPOWIEDŹ;

TAK, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści również możliwość złożenia oferty z podpisem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ;

TAK, Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin złożenia i otwarcia ofert odbędzie się 11 Lipca 2023 r

Z poważaniem,