



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzeminska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax. 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze dn. 01.10.2019 r.

SCCS/EZP/1612 111416 119

Firmy handlowe Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do badań mikrobiologicznych (89/EZP/19).

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 szybkiego testu PYR zawierającego w opakowaniu 25 testów i tym samym zaferowanie 12 takich opakowań?

Zamawiający odpowiada: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 3 podłoża 1% woda peptonowa z tryptofanem, które przeznaczone jest do różnicowania *Enterobacteriales* na podstawie obecności indolu, w opakowaniu 100, 200 bądź 500 ml? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej ilości.

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody.

3. Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Zamawiający odpowiada: Tak, proszę o podanie adresu strony internetowej, z której można pobrać te certyfikaty.

4. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 podłoża zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca natomiast nie zwrócił się

do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ tylko opisał produkt, który chce zaoferować.

5. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 podłoża jednosekcyjnego zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 2 do pytań)?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca natomiast nie zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ tylko opisał produkt, który chce zaoferować.

6. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Zamawiający odpowiada: Tak, proszę o podanie adresu strony internetowej, z której można pobrać te certyfikaty.

7. Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu zawierającego w opakowaniu 22 oznaczenia?

Zamawiający odpowiada: Tak, jeśli będzie 5 opakowań po 22 oznaczenia.

8. Dotyczy Projektu umowy (załącznik nr 3 do siwz)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania numerów serii oraz dat ważności produktów na fakturze, jeżeli Dostawca dołączy do faktury dokument WZ zawierający powyższe dane?

Zamawiający odpowiada: Tak ale tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia wraz z fakturą dokumentu WZ zawierającego te dane.

9. Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu pakowanego po 10 sztuk?

Zamawiający odpowiada: Tak, jeśli będzie 10 opakowań po 10 oznaczeń.

10. Dotyczy Projektu umowy

(§ 8 Wzoru Umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody.

11. Dotyczy Projektu umowy

(§ 2 Wzoru Umowy) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza ale jako możliwość a nie obowiązek, w drodze pisemnego aneksu.

12. Dotyczy Projektu umowy

(§ 2 Wzoru Umowy) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza ale jako możliwość a nie obowiązek, w drodze pisemnego aneksu.

13. Dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę, jednak wprowadzanie takiego zapisu w treść umowy, w świetle ustawy PZP, nie jest konieczne.

14. Dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z §9 wzoru umowy.

15. Dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody.

16. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga, aby płytki kontaktowe posiadały specjalne zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie?

Zamawiający odpowiada: Nie wymagamy.

17. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża można było przechowywać w temperaturze pokojowej?

Zamawiający odpowiada: Nie wymagamy.

18. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby w składzie pożywki były min. 4 czynniki neutralizujące pozostałości środków dezynfekcyjnych, gdyż powierzchnie z których pobierane będą próby za pomocą tych płytek poddawane są częstym zabiegom dekontaminacyjnym?

Zamawiający odpowiada: Nie wymagamy.

19. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby aplikator z pozycji 2 był kompatybilny z płytkami z pozycji 1 i od tego samego producenta w celu zachowania standaryzacji i powtarzalności badania?

Zamawiający odpowiada: Tak. Informujemy o modyfikacji Pakietu nr 3. Zmodyfikowany Pakiet nr 3 w załączeniu do niniejszego pisma.

20. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji 2 i 3 oraz zaoferowanie 120 opakowań, jeśli Wykonawca posiada w komplecie generator, torebki i klipsy pakowane po 20 sztuk?

Zamawiający odpowiada: Tak, wyrażamy zgodę.

21. Dotyczy Pakietu nr 6, parametr podłoży, pkt 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do każdej dostawy certyfikatów kontroli jakości i na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony Wykonawcy do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?

Zamawiający odpowiada: Tak, proszę o podanie adresu strony, z której jest możliwe pobranie tych certyfikatów.

22. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. Umożliwi to wykonawcom szybkie i czytelne przygotowanie oferty przetargowej.

Zamawiający odpowiada: Załączniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

23. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z formularza oferty zapisów dotyczących pakietów na które wykonawca nie będzie składał oferty?

Zamawiający odpowiada: W formularzu oferty nie ma zapisów dotyczących poszczególnych pakietów tylko całego postępowania.

24. Dotyczy Projektu umowy

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku reklamacji wymiana wadliwego produktu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych”?

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę na zapis: „W przypadku reklamacji wymiana wadliwego produktu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 dni robocze licząc od dnia złożenia reklamacji.”

25. Dotyczy Projektu umowy

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawca zobowiązuje się do dostarczania produktów zgodnie z zamówieniem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia w formie pisemnej lub emailem na adres:”?

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę.

26. Dotyczy Projektu umowy

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia ulotek wraz z każdorazową dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy dostępnej na jego stronie internetowej pod adresem:”?

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę na zapis: „Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia ulotek wraz z każdorazową dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej pod adresem:”

27. Dotyczy Projektu umowy

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowań oznaczonych niezgodnie z przepisami w tym zakresie i nie posiadających ulotek w języku polskim, chyba że Wykonawca udostępnił adres strony internetowej zgodnie z §4 ust. 3, z której Zamawiający może w każdym czasie pobrać niezbędne mu ulotki i inne dokumenty.”?

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę.

28. Dotyczy Projektu umowy

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.”?

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę na zapis: „Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto.”?

29. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania odczynnika konfekcjonowanego po 20 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę.

30. Dotyczy Pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu konfekcjonowanego po 10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę.

31. Dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy próbka oraz wykaz krążków z numerami katalogowymi ma zostać dostarczony na wezwanie? W SIWZ widnieje informacja, że powyższe dokumenty oraz próbka składamy na wezwanie, co jest rozbieżne z zapisami w załączniku nr 4.

Zamawiający odpowiada: Próbkę oraz wykaz krążków mają, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 siwz, zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 5 dni od otrzymania wezwania.

32. Dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów konfekcjonowanych w najmniejsze opakowania handlowe, będące wielokrotnością fiolek wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (50 krążków w każdej fiolece), jednak nie większych niż 10 x50 krążków.
Uzasadnienie: Na mocy Załącznika nr 1, Część I, pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. ws. wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą być opakowane w sposób uniemożliwiający pogorszenie ich właściwości na skutek warunków transportu i składowania, z uwzględnieniem instrukcji i informacji dostarczanych przez wytwórcę. Stwierdzić należy, że w przypadku produktów wyspecyfikowanych w pakiecie 4 warunki te mogą zostać spełnione wyłącznie przy zachowaniu oryginalnego opakowania zbiorczego producenta. Ponadto - powołany przepis odnosi się do warunków przechowywania, co do których należy stosować się do instrukcji producenta. W przypadku produktów wyspecyfikowanych w pakiecie 4, producent umieścił odpowiednie oznakowanie dot. warunków przechowywania na etykiecie umieszczonej na opakowaniu zbiorczym, toteż dostarczenie tych produktów bez oryginalnego opakowania zbiorczego skutkowałoby brakiem wymaganej przepisami prawa informacji nt. warunków przechowywania.

Zamawiający odpowiada: Tak, można krążki konfekcjonować w opakowaniach po 10 x 50.

33. Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na "Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z opisami za pomocą zharmonizowanych znaków. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. Ulotki w języku polskim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z podpisaną umową.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający zmodyfikował zapis na następujący: „Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia ulotek wraz z każdorazową dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy dostępnej na jego stronie internetowej pod adresem:

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega:

1. Projekt umowy (Załącznik nr 3)
2. Zostaje dodany projekt dotyczący Pakietu nr 3- oferty Wariantowej (płytki kontaktowe + dzierżawa aplikatora)
3. Pakiet nr 1 (Załącznik nr 4)- zmianie ulega zapis wymogów z poz. 1
4. Pakiet nr 2 (Załącznik nr 4)- zmianie ulega zapis wymogów z poz. 2 i 5
5. Pakiet nr 3 (Załącznik nr 4)- w taki sposób, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej w zakresie opisanym w Pakiecie nr 3 oraz zmianie ulega zapis wymogów z poz. 1
6. Pakiet nr 4 (Załącznik nr 4)- zmianie ulega nazwa pkt II wymogów
7. Pakiet nr 6 (Załącznik nr 4)- zmianie ulega zapis wymogów z poz. 2 i 5
8. Pakiet nr 7 (Załącznik nr 4)- zmianie ulega zapis wymogów z poz. 1
9. Pakiet nr 8 (Załącznik nr 4)- zmianie ulega zapis wymogów z poz. 1
10. Zapis Rozdziału II pkt 4 siwz na następujący: Dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych wyłącznie w zakresie Pakietu nr 3, na pozostałe Pakiety nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zapis Rozdziału VI siwz- po pkt 3. ppkt 3) Zamawiający dodaje nr i kolejny pkt 4.
„4. Wykonawca w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia prześle n/w dokumenty:
 - a. Pakiet nr 1 - Instrukcja w języku polskim do każdego testu (może być na CD)
 - b. Pakiet nr 2 - opis każdego podłoża wraz z interpretacją wzrostu drobnoustrojów w języku polskim (może być na CD)
 - c. Pakiet nr 3 - Instrukcja w języku polskim do testu (może być na CD)
 - d. Pakiet nr 4 - próbka 1 opakowania krążków antybiogramowych z temocyliną oraz wykaz wszystkich wymienionych krążków z podaniem numeru katalogowego i nazwy producenta
 - e. Pakiet nr 6 - opis każdego podłoża wraz z interpretacją wzrostu drobnoustrojów w języku polskim (może być na CD)
 - f. Pakiet nr 7 - Instrukcja w języku polskim do testu (może być na CD)
 - g. Pakiet nr 8 - Instrukcja w języku polskim do testu (może być na CD)”

Równocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

**Nowy termin składania ofert:
08.10.2019 r. godz. 09:00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
08.10.2019 r. godz. 09:30**

W załączeniu:

1. Zmodyfikowany projekt umowy
2. Nowoutworzony projekt umowy dotyczący Pakietu nr 3- wariant płytki kontaktowe + dzierżawa aplikatora
3. Zmodyfikowany Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8

Z poważaniem,


DYREKTOR
Ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Bożena Duda


