



# ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...”



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

[www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)

**Dyrektor Naczelny**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Dyrektor ds. Medycznych**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski  
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34  
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

Mgr Bożena Duda  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych**

Mgr inż. Jacek Kaszewski  
tel./fax 32 271 76 54  
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

**Naczelna Pielęgniarka**

Mgr Monika Parys  
tel. 32 373 36 43  
e-mail: m.parys@sccs.pl

**Główny Księgowy**

Mgr Janina Krzemińska  
tel. 32 373 37 47  
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,  
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,  
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus  
tel. 32 271 34 14, fax 32 373 38 19  
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry  
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19  
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych  
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski  
tel./fax 32 271 34 01  
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego  
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii  
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  
tel. 32 37 33 689, fax. 32 278 43 34  
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego  
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik  
tel. 32 479 34 70  
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca  
w Zabrzu**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

**Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu**

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice  
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

**Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca**

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Zabrze  
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

**Stowarzyszenie Transplantacji Serca**

Bank BPH S.A. 1 O/Zabrze  
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652  
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)  
Więcej informacji na temat  
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu  
na stronie internetowej [www.sccs.pl](http://www.sccs.pl)  
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:  
[www.sccs.pl/kardiolog/](http://www.sccs.pl/kardiolog/)

Zabrze dn. 14.10.2019 r.

SCCS/EZPI/1654/1/2 000/19

**Firmy handlowe**  
**Uczestnicy postępowania**

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę wchłanianej gazy hemostatycznej (99/EZP/19).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

**1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 3 gazę wchłanianą hemostatyczną o rozmiarze 7.6 cm x 10.2 cm, ta niewielka różnica nie ma wpływu na jakość jak i na użytkowanie produktu?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

**2. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4, 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 4, 5, 6 gazę hemostatyczną pakowaną po 12 sztuk w opakowaniu?

W przypadku dopuszczenia proszę podać sposób przeliczenia ilości opakowań.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania we wskazanych pozycjach gazy pakowanej po 12 sztuk Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.

**3. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycjach 5 i 6 gazę hemostatyczną wykonaną z materiału o budowie mikrowłókienkowej z 10 łatwo oddzielających się warstw? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

**4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie gazy w rozmiarze 7,6 x 10,2 cm?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

**5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy nie doszło do pomyłki w określeniu ilości sztuk w opakowaniu i nie powinno być 10 sztuk? Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający informuje, iż nie doszło do omyłki w określeniu ilości sztuk. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 opakowania zawierającego 10 szt. z uwzględnieniem odpowiednio przeliczonej ilości opakowań.

**6. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5, 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie gazy składającej się z 10 zamiast 7 łatwo oddzielających się warstw, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający dopuszcza.

**7. Dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za zamówienia, zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym do zapisów §5 projektu umowy dodaje się ust. 4 o następującej treści:

„5. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy:

a) Zamawiający reprezentowany będzie przez: Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

e-mail: [zaopatrzenie@sccs.pl](mailto:zaopatrzenie@sccs.pl)

b) Wykonawca reprezentowany będzie przez: .....

e-mail: .....

**8. Dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą, o zmianę kary umownej z 50 zł za każdy dzień opóźnienia do procentowego określenia jej wysokości na 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień. Obecny zapis może okazać się nie współmierny i wygórowany do wysokości zamówień.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia brzmienie zapisów §8 ust. 1b) projektu umowy na następujące:

„b) w wysokości 5% wartości brutto umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn przez Dostawcę zawinionych.”.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż z zapisów §9 projektu umowy wykreślony zostaje ust. 5.

**9. Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby wyroby hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**10. Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnych rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**11. Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaofertowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający nie wymaga złożenia instrukcji użytkowania produktu wraz z ofertą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w rozdziale VI w zakresie dokumentów jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego na następujące:

Wykonawca w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia prześle n/w dokumenty i materiały:

1) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia (spr.nr 99/EZP/19) do obrotu na terenie Polski oraz gotowości dostarczenia tego dokumentu na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia (załącznik nr 6).

2) instrukcje użytkowania zaofertowanych produktów.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do dokonania prezentacji wybranych elementów przedmiotu zamówienia zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę (w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia). Brak prezentacji lub niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty. Z prezentacji zostanie sporządzony protokół.

**12. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?


**Zamawiający odpowiada:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Równocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:**

**Nowy termin składania ofert:  
18.10.2019 r. godz.9:00**

**Nowy termin otwarcia ofert:  
18.10.2019 r. godz. 9:15**

Z poważaniem



DYREKTOR  
Ds. ekonomiczno-administracyjnych  
mgr Bożena Duda