



ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...”



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sek.keh@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzeminska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gasior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: sechs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. Dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax. 32 278 43 34
e-mail: sek.keh@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrze**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze, dn. 09.06.2022r.

SCCS/98/156209/TT/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł na dostawę ssaków elektrycznych jezdnych oraz ssaków próżniowych przeznaczonych do użytku na oddziałach SCCS mieszczących się w bud. A+.

SSAK ELEKTRYCZNY JEZDNY

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z wbudowanym manometrem do pomiaru podciśnienia ze skalą w mmHg, cmH₂O, bar oraz kPa?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z wbudowaną bezolejową membranową pompą próżniową, nie wymagającą konserwacji i objętą 6-letnią gwarancją?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z trwałą obudową z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z wyłącznikiem tyku klik i wskaźnikiem zasilania LED?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o głośności maksymalnej 39,4 dB?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 13, 15.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak wyposażony w zbiornik 2 litrowy z poliwęglanu, wielorazowego użytku do wkładów jednorazowych o pojemności 2 litry, bez specjalnej blokady; port do połączenia podciśnienia umieszczony w pokrywie zbiornika?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak wyposażony w wyłącznik/wyłącznik nożny niezintegrowany z wózkiem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o wadze 21kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

SSAK PRÓŻNIOWY

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z zaworem odcinającym umożliwiającym szybkie odcięcie próżni, montowanym bezpośrednio do gniazda próżni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

us. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Bożena Duda

[Handwritten signature]