



ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...”



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl

Zabrze, 02.10.2018

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką
mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14 fax 32 373 37 92
e-mail: karzab@sum.edu.pl

Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81 fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM
prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Intensywnej Terapii ŚUM
prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze
tel. 32 373 36 00, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice,
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog

SCCS/EZ/12164/1172/18

Nr sprawy 111/2018

Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielania Zamówienia Publicznego poniżej kwoty 30 000 Euro na dostawę elektrod nasierdziowych.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie Pozycji 2 do oddzielnego pakietu? Obecna konstrukcja Pakietu uniemożliwia nam wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiety w załączeniu.

Z poważaniem,

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Bożena Duda

PAKIET I

DOSTAWA ELEKTRODA NASIERDZIOWA

I.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	nr kat.	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość ogólna brutto
1	Elektroda nasierdziowa bipolarna i unipolarna		szt.	40			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elektroda nasierdziowa:

- elektroda bipolarna do komory lub przedsionka,
- przyszywana,
- rozmiar 8F,
- wydzielającą steryd,
- dostępne długości: 25, 35, 60 cm.

Elektroda nasierdziowa:

- elektroda unipolarna,
- komorowa,
- wkrętka,
- rozmiar 6,5 F,
- dostępne długości: 25, 35, 53 cm.

Wartość netto

Wartość brutto

.....

podpis osoby upoważnionej

PAKIET II

DOSTAWA ELEKTRODA NASIERDZIOWA

I.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	nr kat.	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość ogólna brutto
1	Elektroda nasierdziowa do czasowej stymulacji serca		szt.	300			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Bipolarna,
- dł. 60 cm,
- o fiksacji tines,
- spacing pierścieni 2,5 mm,
- typ połączenia confix,
- igła sercowa umieszczona na pletged,
- sztywny szablon wykonany z tworzywa sztucznego zabezpieczający elektrodę przed uszkodzeniem, łamaniem i splątaniem - wbudowany system prowadzenia elektrody,
- igła sercowa 3/8,
- igła piersiowa zagięta,
- kolor niebieski saftu dla poprawy widoczności w polu operacyjnym,
- średnica drutu 0,45 mm,
- biegun dodatni 4 mm,
- możliwość zastosowania adapteru przedłużającego,
- podwójne opakowanie sterylizowane tlenkiem etylenu.

Wartość netto

Wartość brutto

.....

podpis osoby upoważnionej