

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiologii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax. 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. 1 O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze dn. 25.09.2019 r.

SCCS/EZP/1597 / 11227/19

**Firmy handlowe
Uczestnicy postępowania**

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony radiologicznej (88/EZP/19).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1 osłony na tarczycę w jednym uniwersalnym rozmiarze? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

2. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 czepków ochrony radiologicznej o ochronie równoważnej 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,5 mm Pb? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków ochrony radiologicznej w poziomie ochrony 0.25, 0.35 i 0.50 mm Pb, tzn. z wyłączeniem poziomu 0.125 mm Pb - w rozmiarze uniwersalnym, dopasowywalnym do każdej wielkości głowy.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy zapisów siwz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający zmienia zapisy rozdziału VIII siwz w zakresie terminu realizacji zamówienia

poprzez wydłużenie w/w terminu do 63 dni od otrzymania zamówienia.

5. Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w tym pakiecie ma na myśli zarówno garsonki jak i płaszcze, czy tylko garsonki - jak jest w nazwie przedmiotu zamówienia?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli wyłącznie garsonki dwuczęściowe.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawioną wersję załącznika nr 4 do siwz w zakresie pakietu nr 2 uwzględniającego powyższą odpowiedź.

6. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się, aby osłona na tarczycę była w jednym rozmiarze, miała natomiast odpowiednią regulację (rzep), która dopasuje się do każdego obwodu szyi?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

7. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na czepki z ochroną Pb wynosząca 0.25 mm i 0.35 mm, w trzech rozmiarach S,M,L. zapinane na rzep, umożliwiające dopasowanie do każdego obwodu głowy?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wieszak 5-ramienny?

Zamawiający odpowiada: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wieszak 10 ramienny?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 1 pozycja 8 , Pakiet 3 pozycja 5, Pakiet 4 pozycja 7, Pakiet 7 pozycja 8

Czy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów (dyrektywa UE 2016/425) Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane produkty były zgodnie z normami IEC61331-1:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim -- Część 1: Określenie właściwości osłabienia promieniowania przez materiały” oraz IEC:61331-3-2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim - Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta”?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie i nie wprowadza dodatkowych wymagań.

11. Pakiet 1

Pkt.1. „Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatrzaskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i b”

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodziło o „Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatrzaskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i boki”?

Zamawiający odpowiada: Tak.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawioną wersję załącznika nr 4 do siwz w zakresie pakietu nr 1 uwzględniającego powyższą odpowiedź.

12. Pakiet 1

Pkt. 2 „Fason do wyboru jednoczęściowy oraz dwuczęściowy typu góra kamizelka dół spódnica, zapinane na rzep”

Czy pod pojęciem fartuch jednoczęściowy Zamawiający ma na myśli fartuch dwustronny typu płaszcz? Prosimy o sprecyzowanie ilości szt. fasonów jednoczęściowych i dwuczęściowych z uwagi na różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi fasonami?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaoferowania:

- fason jednoczęściowy typu płaszcz – 7 szt.;
- fason typu garsonka dwuczęściowy – 6 szt.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawioną wersję załącznika nr 4 do siwz w zakresie pakietu nr 1 uwzględniającego powyższą odpowiedź.

13. Pakiet 1

Pkt. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania fartucha w rozmiarze XS lub dopuszczenie fartucha dziecięcego w zamian.

Zamawiający odpowiada: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pakiet 1

Pkt. 4 i 5

Czy Zamawiający wymaga materiału ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy), charakteryzującego się najniższą wagą i zapewniającego najwyższy komfort oraz ochronę dla użytkownika.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga ultralekkiego materiału bez ołowiu i winylu.

15. Pakiet 2

Pkt. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach pakietu 2 Zamawiający będzie zamawiał tylko garsonki, zgodnie z nazwą przedmiotu zamówienia: „Garsonki ochrony radiologicznej” czy również osłony jednoczęściowe - płaszcze?

Jeśli przedmiotem zamówienia są oba fasony to prosimy o sprecyzowanie ilości szt. poszczególnych z nich z uwagi na różnice cenowe pomiędzy nimi.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

16. Pakiet 2

Pkt 3

Zważywszy na fakt, że fartuch radiologiczny typu garsonka nie musi posiadać akcesoriów odciążających, a funkcja ta zostaje zachowana przez fason i krój fartucha, czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający kamizelki dopasowane za pomocą elastycznych, nakładających się paneli tylnych, zapinanych na rzepy z przodu, odciążające odcinek lędźwiowo-krzyżowy oraz posiadające poduszki łączące nacisk na barki.

Zamawiający odpowiada: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pakiet 2

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie materiału ochronnego typu lekkiego (lżejszego niż rozwiązanie z gumy ołowianej), wykonanego z winylu z mieszanką ołowiu i antymonu lub ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy).

Informujemy, że ww. rozwiązania te różnią się jedynie rodzajem zastosowanego polimeru, co nie ma wpływu na funkcjonalność oraz właściwości ochronne.

Zamawiający odpowiada: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pakiet 2

Pkt 5

Informujemy, iż w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi produktów przeznaczonych do ochrony RTG, wytwórcy muszą wskazywać wagę zastosowanych materiałów ochronnych na etykiecie produktu.

W związku z powyższym prosimy o zmianę parametru : „Waga lżejsza od klasycznego fartucha ołowianego o ok. 30%” na parametr wskazujący konkretny przedział wagowy materiału ochronnego w kg/m².

Obecne sformułowanie parametru „Waga lżejsza od klasycznego fartucha ołowianego o ok. 30%” jest niemiarodajne, ponieważ, w zależności od kroju, fasonu, producenta oraz zastosowanego polimeru, fartuchy ołowiane mogą znacząco różnić się od siebie wagą.

Prosimy o dopuszczenie:

- materiału ochronnego typu lekkiego (lżejszego niż rozwiązanie z gumy ołowianej), wykonanego z winylu z mieszanką ołowiu i antymonu, waga maksymalna 6,5 kg/m² przy ekwiwalencji ochrony 0,5 mmPb

lub

- materiału ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy), charakteryzującego się najniższą wagą i zapewniającego najwyższy komfort oraz ochronę dla użytkownika w zakresie min. 50-110KV, waga maksymalna 5,3 kg/m² przy ekwiwalencji ochrony 0,5 mmPb

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

19. Pakiet 2

Pkt. 7

Prosimy o odstąpienie od zapisu: „pod rygorem zwrotu do producenta”, ponieważ ani producent ani dostawca nie mają wpływu na sposób użytkowania fartucha, a nie posiada on części zamiennych, które w razie uszkodzenia podlegałyby wymianie.

Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że fartuchy są szyte na konkretne zamówienie i nie ma możliwości odsprzedaży ich w razie zwrotu.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

20. Pakiet 2

Pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od zapisu „zawierający jodek srebra” i dopuszczenie fartuchów pokrytych powłoką niepowodującą namnażania się bakterii.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Pakiet 2

Pkt. 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania fartucha w rozmiarze XS lub dopuszczenie fartucha dziecięcego w zamian

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Pakiet 2

Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie spódnic o różnych rozmiarach (S, M, L, XL), ale o długości stałej 60 cm

Zamawiający odpowiada: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. Pakiet 2

Pkt 13

Prosimy o weryfikację parametru gwarancji. Gwarancja 48 miesięcy jest niemożliwa do utrzymania w przypadku produktów osobistej ochrony radiologicznej. Są to produkty używane bezpośrednio na ciele, w różnych warunkach, w tym na sali operacyjnej, gdzie zdejmowanie / zakładanie tych osłon odbywa się w sposób mogący narazić je na uszkodzenia mechaniczne.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie maksymalnego okresu gwarancji do 36 miesięcy.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

24. Pakiet 3

Pkt 1

Czy zamawiający będzie wymagał, aby osłona tarczycy posiadała stójkę oraz profilowanie umożliwiające dopasowanie do podbródka, co zapewnia idealne i komfortowe dopasowanie osłony?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z zapisami siwz.

25. Pakiet 3

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści osłony na tarczycę w rozmiarze uniwersalnym, gdzie regulacja obwodu odbywa się za pomocą zapięcia na rzep?

Zamawiający odpowiada: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

26. Pakiet 4

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie czepków o równoważniki ochrony 0,35 lub 0,5 mmPb oraz o określenie ilości zamawianych czepków w poszczególnych ochronnościach, z uwagi na różnice cenowe i niemożność prawidłowej kalkulacji ceny bez podania tego parametru.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie, z uwzględnieniem odpowiedzi na pyt. nr 2, 3 i 7.

27. Pakiet 4

Pkt. 5, 8

Czy Zamawiający dopuści wiązanie na troki, co jednocześnie umożliwi regulację obwodu i nie ma konieczności wyboru rozmiaru czepka.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

28. Pakiet 4

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie czepka w rozmiarze uniwersalnym, wiązanego na troki, za pomocą których odbywa się regulacja obwodu i dopasowanie do głowy użytkownika.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.

29. Pakiet 7

Pkt. 1

„Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatraskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i b”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodziło o „Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatraskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i boki”?

Zamawiający odpowiada: Tak.

30. Pakiet 7

Pkt 2

„Fason do wyboru jednoczęściowy oraz dwuczęściowy typu góra kamizelka dół spódnica, zapinane na rzep” Prosimy o sprecyzowanie ilości szt. fasonów jednoczęściowych i dwuczęściowych z uwagi na różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi fasonami?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaoferowania 5 szt. fasonu jednoczęściowego i 5 szt. fasonu dwuczęściowego.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawioną wersję załącznika nr 4 do siwz w zakresie pakietu nr 7 uwzględniającego powyższą odpowiedź.

31. Pakiet 7

Pkt. 4 i 5

Czy Zamawiający wymaga materiału ultralekkiego, bezołowiowego, dwuwarstwowego (warstwa bizmutu i antymonu, polimer winylowy), charakteryzującego się najniższą wagą i zapewniającego najwyższy komfort oraz ochronę dla użytkownika.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga ultralekkiego materiału bezołowiowego, bez winylu.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawioną wersję załącznika nr 4 do siwz w zakresie pakietu nr 7 uwzględniającego powyższą odpowiedź.

32. Pakiet 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby osłona na tarczycę była zapinana magnetycznie oraz wykonana z materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, o wadze lżejszej o 30% od klasycznego materiału ołowianego. Osłona pokryta materiałem łatwozmywalnym, który nie przyswaja plam z materiału biologicznego typu krew oraz kontrastu, pod rygorem zwrotu do producenta. Materiał antybakteryjny zawierający jodek srebra. C

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z siwz.

33. Dotyczy zapisów siwz

Czy Zamawiający zgodzi się na termin realizacji zamówienia wynoszący 9 tygodni?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z powyższymi odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami zapisów siwz zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

**Nowy termin składania ofert:
04.10.2019 r. godz.9:15**

**Nowy termin otwarcia ofert:
04.10.2019 r. godz. 9:30**

Z poważaniem

DYREKTOR
Ds. ekonomicznych i administracyjnych
mgr Bożena Duda